

Protocolo de avaliação do Sistema de FM

Profa. Dra. Regina Tangerino de Souza Jacob

Departamento de Fonoaudiologia da FOB-USP-Bauru

O processo de seleção, verificação, adaptação e acompanhamento do Aparelho de Amplificação Sonora Individual (AASI) já é bem conhecido no cenário nacional, porém recentemente, a portaria no. 1274, de 25 de junho de 2013 incluiu o equipamento de Sistema de Frequência Modulada Pessoal na tabela de Procedimentos, Medicamentos, Órteses, Próteses e Materiais Especiais do SUS. Desde então, o aumento no número de usuários deste tipo de tecnologia e as pesquisas e experiências clínicas têm contribuído para a consolidação do conhecimento do atendimento das necessidades desta população.

O guia de boas práticas da AAA (*American Academy of Audiology Clinical Practice Guidelines: Remote Microphone Hearing Assistance Technologies for Children and Youth from Birth to 21 Years*, 2008, 2011) recomenda um protocolo composto por testes de percepção da fala no ruído, questionários e medidas de verificação eletroacústica para determinar a eficácia da indicação dos dispositivos auxiliares com microfone remoto para o indivíduo com deficiência auditiva. Essa palestra pretende apresentar e introduzir a discussão sobre as ferramentas de avaliação utilizadas internacionalmente que são indicadas para a seleção e validação da adaptação do Sistema de FM.